



UNIVERSIDAD
DE COLIMA

DPS-AI-SC-2020/08/25

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NÚMERO DPS-AI-SC-2020/08/25
ACTA DE ACLARACIONES**

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:00 horas del día 31 de agosto del año 2020, se reúnen en las instalaciones de la Dirección de Proveeduría y Servicios, sito en avenida Universidad número trescientos treinta y tres, colonia las Víboras de esta ciudad, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del Procedimiento indicado en la presente acta denominado "EQUIPO DE LABORATORIO", por la convocante los integrantes del Subcomité Central de Adquisiciones: M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, en su carácter de Presidente; M. en C. A. DANIEL TOPETE JACOBO, como Secretario; M. en A. CRISTINA JACQUELINE MICHEL VILLARRUEL, C.P. BEATRIZ ALEJANDRA ZEPEDA RODRÍGUEZ y L.A.E. JOSÉ DE JESÚS MANCILLA FUENTES; por parte de los invitados técnicos se asigna como responsable a la DRA. TANIA FERRER VILLADA, Profesora Investigadora Titular A del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas, a efecto de dar Respuesta a las preguntas de aclaración con respecto a las Bases de la Invitación que nos ocupa.

Dirige la presente junta el M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, Presidente del Subcomité Central de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, habiendo dado inicio a la junta a las once horas del día de su fecha.

Acto seguido de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, se procedió a dar respuesta puntual a las preguntas presentadas de conformidad con el punto 10 de bases de la invitación que nos ocupa, mismas que se plasman a continuación:

INVITADO: RIVELAB, S.A. DE C.V.

- 1. Referente al Anexo 7-c: Debido a la contingencia, los tiempos de entrega de equipos a nivel mundial se han visto afectados, se puede extender el Tiempo de Entrega a 90 días?**

Respuesta: Si, se acepta su propuesta, sin embargo, le solicitamos su apoyo para que la entrega se realice lo más pronto posible.



2. Referente a la Partida 1 _ Axon Digidata 1550B1 Low-Noise Data Acquisition System Plus HumSilencer (One HumSilencer channel): Queremos saber si el área usuaria requiere que se le incluya en la oferta EL AMPLIFICADOR para este equipo? O ya lo tiene... en caso de que ya lo tenga podría darnos el Número de Serie, Modelo, Número de Catalogo? Esto con el fin de saber la compatibilidad.

Respuesta: En el laboratorio ya contamos con amplificador, es un Axopatch 200B también de Molecular Devices. De acuerdo con la Guía del Usuario de la Digidata 1550B, el amplificador Axopatch 200B puede ser utilizado con esta digidata (esta información puede ser encontrada en la página 22 del documento).

INVITADO: LABTECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

1. En las bases se indica que es una partida única o por lote, ¿PODRIAN CONSIDERAR QUE SE PUEDA COTIZAR POR SUBPARTIDA EN VEZ DE LOTE?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

Nota aclaratoria: Los equipos se adquirirán por PARTIDA, quedando de la siguiente manera:

Partida	Descripción
1	Axon Digidata 1550B1 Low-Noise Data Acquisition System plus HumSilencer (one HumSilencer channel).
2	MHW-3 Three-axis water hydraulic micromanipulator
3	Software: pClamp 11 Software Suite
4	Autoclave pre-vacio y secado (FPS). Modelo TE-A24FPS

Se hace constar que los proveedores que no presentaron preguntas para la Junta de Aclaraciones, aun habiendo adquirido las bases de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas DPS-AI-SC-2020/08/25, deberán acatar los acuerdos tomados en la misma.

Se hace saber a los licitantes que con base en el artículo 33 del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, no habrá otra Junta de Aclaraciones y que la presente acta forma parte integral de las propias bases de esta licitación.

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la Junta de Aclaraciones,



UNIVERSIDAD
DE COLIMA

DPS-AI-SC-2020/08/25

levantándose para constancia la presente acta, siendo las 11:30 hrs. del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron o supieron hacerlo.

POR EL SUBCOMITÉ

M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS
GUTIÉRREZ.
PRESIDENTE

M. en C.A. DANIEL TOPETE JACOBO
SECRETARIO

M. en A. CRISTINA JACQUELINE MICHEL
VILLARRUEL
VOCAL

L.A.E. JOSÉ DE JESÚS MANCILLA FUENTES
VOCAL

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA ZEPEDA RODRÍGUEZ
VOCAL

INVITADO TÉCNICO

DRA. TANIA FERRER VILLADA