

ANEXO 1-AMPLIACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO Y/O SERVICIO		CANTIDAD SOLICITADA
26	Equipo Vitros DT60II	<p>Tecnología Química Seca. Minimizando los efectos interferencia, generando resultados exactos.</p> <p>Rapidez en los resultados. De 2 a 5 minutos haciendo un total de 100 pruebas por hora con copia impresa de los resultados y la identificación del paciente.</p> <p>Facilidad en el manejo.</p> <p>Mínima cantidad para la muestra.</p> <p>Menú de pruebas que incluya, pruebas colorimétricas, pruebas especiales y pruebas de electrolitos.</p> <p>Análisis de pruebas: albúmina, ALKP, ALT, Urea, Bilirrubina, Calcio, Cloro, Co2, Creatinina, Fósforo, Glucosa, Potasio, Proteína, Sodio, Amilasa, Colesterol y Triglicéridos.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación para el manejo del equipo. • Instalación del equipo. • Servicio de mantenimiento. 	1