



UNIVERSIDAD DE COLIMA

SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

CARTA MODIFICATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE “CANAL DE FLUJO”

Colima, Col. 30 de enero de 2013.

El Subcomité Central de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos, de conformidad con el Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, hace de su conocimiento de que derivado de la etapa de recepción y aclaración de preguntas a las bases de la Invitación a cuando Menos Tres Personas No. DGPS-AI-SC-2013/01/22, ha tenido la necesidad de realizar cambios solamente en su ANEXO 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas”, mismo que se anexa en el presente y que subsiste al publicado en las bases del concurso en referencia, en cuanto a los tiempos y demás requerimientos quedan de la manera acordada en las bases.

ANEXO 1 MODIFICATORIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
ÚNICA	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE PARA ESTUDIO DE OLEAJE EN VIDRIO</p> <p>CLARO 19MM DE ESPESOR TEMPLADO Y PLACA DE ACERO INOXIDABLE CAL 12.DE 40M X 0.90M X 1.05M.</p> <p>CARAS O VISTAS EN VIDRIO DE 19MM TEMPLADO SECCIONADOS EN 2M DE LONGITUD Y UNA ALTURA DE 1.05M, APROX.</p> <p>BASE EN ACERO INOXIDABLE CAL 12, SOLDADA A BASE DE ARGON Y SUJETADA A LA ESTRUCTURA EXISTENTE</p> <p>PIEZAS DE VIDRIO A VIDRIO Y DE VIDRIO A ACERO INOXIDABLE UNIDAS CON SILICON DE ALTA RESISTENCIA. PARA AMORTIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL TANQUE.</p> <p>INSTALACIÓN DE NEOPRENO DONDE SEA NECESARIO.</p> <p>UNIÓN DE LOS TUBOS DE PVC A LA PLACA DE</p>	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA

		<p>ACERO INOXIDABLE PARA INSTALAR CONEXIÓN ROSCABLE DE PVC EN LOS PUNTOS REQUERIDOS (3).</p> <p>DEBE INCLUIR:</p> <p>MANO DE OBRA ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.</p>	
--	--	--	--

ATENTAMENTE
ESTUDIA*LUCHA*TRABAJA

LIC. ARIANNA SÁNCHEZ ESPINOSA
PRESIDENTA