



UNIVERSIDAD DE COLIMA
COMITÉ DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 002/2013

“EQUIPO DE LABORATORIO”

Colima, Col. 11 de septiembre de 2013.

El Comité de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos, de conformidad con el Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, hace de su conocimiento de que derivado del Acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones celebrada el día 10 de septiembre de 2013 de esta Licitación Pública Nacional, la aclaración respecto de las especificaciones técnicas del Baño Seco Análogo con capacidad de 6 bloques.

PREGUNTA DEL PROVEEDOR RIVELAB, S.A. DE C.V.

Baño seco análogo con capacidad de 6 bloques. En su descripción se indica que se incluyan 6 bloques de aluminio para tubos desde 6 hasta 25mm a elegir. Solicitamos de favor se indique en específico cuales son los bloques que se requieren?

Respuesta: Los bloques requeridos son para microtubos Eppendorf de 1.5 mL de la marca Thermobarsted.

ATENTAMENTE
ESTUDIA*LUCHA*TRABAJA

M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ
Representante del Presidente del Comité
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
y Arrendamientos de la Universidad de Colima